

2014年12月

お客様へ

ユビックス 株式会社  
〒135-8073  
東京都江東区青海 2-4-32 TIME24  
代表取締役 新実 忠之  
TEL:03-5531-0154  
FAX:03-5531-0153

## シーゼ(CISE)モデル 99TS に関するご案内

拝啓 皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

この度経済産業省より、弊社製品「放射体温計シーゼ(CISE)モデル 99TS」に関して、国内では体温計の華氏表示が禁止されている旨の指摘がありました。

従ってシーゼ 99TS のプログラム変更を行い、華氏表示を削除する対応を行いました。

現在すでにお使いの機械に関しては問題なくお使い頂けますが、シーゼ 99TS プログラム変更をご希望のお客様は、ご購入時の販売店ご担当者様までその旨ご連絡をお願い致します。また12月4日より通常通り製品は出荷しております。

皆様には、たいへんご不便とご不安をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。

本件に関しましてご質問等がございましたら、ユビックス株式会社までお問合せください。

甚だ略儀ではありますが、書面にて製品の仕様変更のご報告まで申し上げます。

敬具